國軍左營總醫院自費特材收費一覽表

更新日期：113.2.5

序號	院內代碼	中文品名	自費單價金額：元	自費特材代碼	特材主要使用科別	產品特性與描述	副作用	應注意事項	與健保給付品項之療效比較
1	MH2002B	ENDO-BAG 5X7”	1,350	BBY002663001	一般外科	1.袋口有帶線抽繩·醫師將檢體放入袋內後，可利用留置肚子外的線端配合將袋口束起來，以避免檢體外漏感染組織·待手術最後再將取物袋拉出即可。 2.本產品袋口抽繩材質為鋼絲線，具有良好之彈性·放入腹腔內後可自行開口，以便於使用。	無，請遵照醫師指示使用。	使用本產品須有充分操作知識的了解及接受過充分培訓的醫師使用之。	無類似健保相同品項。
2	MH2015B	內視鏡專用檢體袋 7X9” 0.075MM	4,590	BBY003267003	一般外科	本產品是拋棄式的檢體容器，設計在內視鏡手術中取出檢體防止腹腔內的汙染。	無，請遵照醫師指示使用。	避免本產品長期暴露在高溫中。	無類似健保相同品項。
3	MN2004B	史耐輝沖洗系統-管套組	2,013	CDY030679001	骨科	用於擴張與沖洗膝、肩、髖和肘等關節以及腕和踝關節，使用者可預選所需的關節壓力，幫浦通過注入沖洗液以達到並保持關節內預選的壓力。	無，請遵照醫師指示使用。	1.不可重複使用。 2.須依照標準醫療程序，有關地方與國家規定予以處理。	無類似健保相同品項。
4	TE46B	耳鼻喉科用圓銼#1883504、1882040、1884006、1884507、1884008	6,500	FEY004229001	耳鼻喉科	與傳統器械相較，其優點可快速精準移除病灶，保 留健康組織，降低手術出血；使用過程中視野清晰 ，可避免損傷重要器官，且縮短37%的手術時間，快 速完成手術。	無，請遵照醫師指示使用。	特殊專科別限制為耳鼻喉科醫師。	無類似健保相同品項。
5	TE47B	耳鼻喉科用圓銼#1884004HR	6,500	FEY004229002	耳鼻喉科	本產品適用於1.慢性鼻竇炎2.鼻竇炎之併發症3.鼻息肉 4.鼻腔或鼻竇腫瘤5.鼻竇異物6.鼻竇其他病變。	無，請遵照醫師指示使用。	無。	無類似健保相同品項。
6	MI2024B	可吸收傷口縫合裝置 3-0 1/2 圓針 26MM 30CM VLOCL0614	2,100	SAY023875001	一般外科、泌尿外科、婦產科	可吸收傷口縫合裝置是由甘醇酸與三亞甲基碳酸鹽的共聚合物組成.此材料成無菌，惰性，採用非膠原原料.其倒鈎裝置不需進行手術結節，具有手術便利性，減少縫合時間。	和使用傳統縫合線或其他縫合產品相同，使用此產品可能產生的不良影響：傷口裂開 (某些部位出現擴張、伸長或膨脹等情況時，無法對傷口提供足夠的支撐)。	無，請遵照醫師指示使用。	無類似健保相同品項。
7	MI2025B	哈默尼克手術剪	28,620	SAY025101001	一般外科、泌尿外科、婦產科	本產品是一個無菌、供單一病患使用的器械。這 個器械包括一個配有手動控制按鈕、符合人體工 學的手握式箱體有一個集成的聲音和觸覺機械裝 置，可指示觸發器完全關閉。本儀器具有刀臂和嵌入式彎曲刀片，可用來搭配穿過5mm套管針，或附有5mm縮小蓋的較大直徑套管穿刺針，或是通過非套管穿刺針形成的開口。本產品允許直徑不低 於5mm的血管凝結。本產品適用於控制出血並且將熱傷害減輕到最低的情況下，將軟組織切開。此器械可以當作電燒、雷射以及不鏽鋼手術的輔助 或替代物，並運用於一般外科、小兒科、婦產科、泌尿科以及其他開腹性及內視鏡手術。	如同各種手術疾病和術式的風險。	無，請遵照醫師指示使用。	無類似健保相同品項。
8	MI2007B	利嘉修爾艾賽克含塗層分離器	31,360	SAY031704001	一般外科	用於開放式手術時，組織的止血及切割，病人出血較少，手術時間縮短。	無，請遵照醫師指示使用。		無類似健保相同品項。
9	MI2062B	“柯惠”利嘉修爾含塗層馬里蘭鉗口單一步驟閉合器/分割器37CM#LF193	29,700	SAY032513001	一般外科、婦產科	用於腹腔鏡手術時，組織的止血及切割，病人出血較少，手術時間縮短。	無，請遵照醫師指示使用。	1.不能結紮大於7mm血管。 2.包裝若已打開或損壞則不可使用。	無類似健保相同品項。
10	MI2026B	哈默尼克進階手術剪	34,425	TAY029894001	一般外科	本產品適用於需要止血且降低將灼傷程度之軟組織切割。可用於一般外科、整形外科、小兒外 科、婦產科、泌尿外科、胸外科、暴露骨性結構 (如脊椎和關節腔)的手術、切割和凝閉淋巴管及 其他開放和內視鏡手術中電外科器械、鎢射刀和 不銹鋼解剖刀的輔助品或替代品。可凝固直徑最 大不超過7mm血管。適用於控制出血並且將熱傷害減輕到最低的情況下將軟組織切開此器械可以當作電燒、雷射以及不鏽鋼手術刀的輔助或替代 物。可凝固直徑最大不超過7mm血管。	如同各種手術疾病和術式的風險。	1.本產品為一無菌、僅供單一病患使用的器械，使用後應丟棄·外科手術切割軟組織、剪斷及凝閉5mm以內之血管。 2.本器械禁止使用於骨骼之切割。 3.本器械不適用於作為避孕用途的輸卵管結紮。	無可比較之健保品項
11	MI2003B	威利雷柏電燒刀-FT3000電刀筆	3,250	TKY016967001	一般外科	利用高頻電流產生之熱能，用於切割及凝固軟組織。	無，請遵照醫師指示使用。	無。	無類似健保相同品項。
12	MI2022B	扁桃腺手術用汽化棒	14,850	TKY017079001	耳鼻喉科	無線射頻冷觸氣化儀利用射頻能量激發鈉離子產生低溫電漿層，電漿層所接觸到之蛋白質組織會變性分解，產生組織切割、組織縮小與止血之目的，疼痛感輕微，恢復快。	無，請遵照醫師指示使用。	無，請遵照醫師指示使用。	無類似健保相同品項。

13	MI2023B	小兒扁桃腺/鼻竇手術用汽化棒	18,225	TKY017079003	耳鼻喉科	無線射頻冷觸氣化儀利用射頻能量激發鈉離子產生低溫電漿層，電漿層所接觸到之蛋白質組織會變性分解，產生組織切割、組織縮小與止血之目的，疼痛感輕微，恢復快。	無，請遵照醫師指示使用。	無，請遵照醫師指示使用。	無類似健保相同品項。
14	MI2021B	鼻部手術用汽化棒	14,850	TKY017079007	耳鼻喉科	無線射頻冷觸氣化儀利用射頻能量激發鈉離子產生低溫電漿層，電漿層所接觸到之蛋白質組織會變性分解，產生組織切割、組織縮小與止血之目的，疼痛感輕微，恢復快。	無，請遵照醫師指示使用。	無，請遵照醫師指示使用。	無類似健保相同品項。
15	MI2017B	沃肯電刀用探頭 60度 90度	16,200	TKY025760W01	骨科	在關節鏡手術過程中，使組織剝離、止血用。配合氣化儀使用，前端60度 / 91度設計，可較緊貼軟組織， 移除時使用。	無，請遵照醫師指示使用。	1.本產品係以無菌提供，只能單次使用，不要重新滅菌。 2.建議使用搭配本產品之氣化儀。	無類似健保相同品項。
16	B650B	索尼西迅無線超音波刀裝置SCD26	37,500	TKY027661001	一般外科	本產品具備抓取組織、選擇功率級別、刀片放置和定位、止血以及玻璃組織等功能。無限超音波刀設備可凝結直徑長達5mm的血管。此外，用於內視鏡手術時，它能通過相容的5mm套管插入和抽出。	無，請遵照醫師指示使用。	本產品只能與原廠配件結合使用。	無類似健保相同品項。
17	SG28B	得美棒皮膚黏膠劑	1,470	WDY014384002	各科別	1.本產品適用於局部塗抹，使手術切開(包括微創手術的穿刺)之傷口的鄰近皮膚邊緣容易密合。 2.相較於單純使用縫線關合傷口，本產品形成防水的保護層，可提高傷口密合強度、減少細菌 。 3.具有縮短手術時間及可減少病患疼痛感之優勢。	併發症可能與內部固定方式有關。不良反應會伴隨縫線發生，包括：傷口裂開、傷口感染、輕微的組織急性炎症反應及短暫局部刺激。	無，請遵照醫師指示使用。	無類似健保相同品項。
18	SG26B	內視鏡專用檢體袋5*8#25040	2,100	BBY012498001	一般外科	本產品是拋棄式的檢體容器，設計在內視鏡手術中取出檢體防止腹腔內的汙染。	無，請遵照醫師指示使用。	不可重複使用。	無類似健保相同品項。
19	TE43B	那梭波鼻用敷料 8公分 5400-030-008ITL 8PC/BX	3,379	WDY015399001	耳鼻喉科	為高分子聚合物，如乳膠狀，不需再填塞紗布，直接附著在傷口上而止血，可降低手術後鼻腔內填 塞所造成的壓迫或疼痛感，較無脹痛及吞嚥異物 感，使用後2~7天會自行碎化如黏液自然排出體外，不須取出，不會有抽出時疼痛及再出血，組織修復良好，依使用需求使用兩條或以上。	極少數患者因容易出血之特殊體質，造成術後傷口出血情形，須再補填塞。	無，請遵照醫師指示使用。	1.自行碎化吸收，不須取出，不會有抽出時疼痛及出血。 2.防止傷口沾粘，提供組織良好修復環境。
20	SE97B	速近傷口黏膠劑	6,750	WDY021122001	整形外科、一般外科、婦產科	0.35ml OCA，配方裡有內添加活化劑，持續5-7天，可與海綿一起使用於寬或窄的傷口，塗抹兩層，無玻璃不破碎，採用Gamma射線高熱方式滅菌。	無，請遵照醫師指示使用。	1.勿下水游泳，泡溫泉，使用軟膏、酒精、優碘等； 2.避免病人抵掉黏膠層； 3.僅提供單次單人使用。 4.不能於有任何微生物、細菌或黴菌感染的傷口或壞組處使用。 5.不能於黏膜表面、皮膚黏膜交界處或經常接觸到體液或是濃密天然毛髮的皮膚上使用。 6.對丙烯酸辛酯或甲醛過敏的病人不能使用。	無類似健保相同品項。
21	B932B	愛惜康得美棒皮膚接合自黏網片系統	15,525	WDY027119001	一般外科、骨科、婦產科	DERMABOND PRINEO採用壓力敏感性黏著劑將網片黏著于皮膚上，網片黏著在傷口上後使用筆式塗抹器將液體黏合劑應用於網片，已完成裝置應用，最終得到的是一種柔軟的經過網片強化的皮膚接合結構，後者形成一道微生物屏障並維持皮膚對合，直到去除為止。	極少數人可能無法適應黏合劑材質之過敏紅斑，水腫，發熱，疼痛和化膿，應按照感染的標準處理規範于以評估和治療。	傷口經DERMABOND PRINEO處理後，不能接觸其他藥液、藥膏或其他物質，因為這些物質能削弱已聚合的薄膜，造成傷口裂開。	無類似健保相同品項。
22	MI3005B	波仕克仕止血敷料/鼻腔內固定夾板	3,800	WDY030124003	耳鼻喉科	本產品適用於接受鼻腔/鼻竇手術的患者，作為鼻腔內固定夾板和止血物以達到： 1.隔離手術創 傷所破壞的組織或結構。 2.隔離和防止鼻腔內黏 膜表面之間的黏著。 3.手術或創傷後，有助於控 制和減少出血。 4.藉由填塞效應、出血吸收及血 小板聚集以控制和減少因手術或鼻腔創傷後而引 起的出血。	無，請遵照醫師指示使用。	無，請遵照醫師指示使用。	PosiSep X為幾丁聚醣(Chitosan)鼻竇墊片，更容易準確放置傷口上，具有主動止血功能和組織支撐能力，且更有效防止沾黏、 抗菌、抗發炎，幫助傷口癒合，可作為藥物載體，打水後成果凍狀病患舒適感較佳。
23	MH1005B	”康威” 益舒穩彈性環 (未滅菌)#421040	330	BBZ016298002	一般外科	康威可塑形技術加彈性環設計，有效保護皮膚與造口緊密貼合，且不再有壓痛現象。	無，請遵照醫師指示使用。	無，請遵照醫師指示使用。	無類似健保相同品項。

24	ME3002B	恩喜阿法嵌入擴張氣球導管	40,433	CBZ031524001	心臟內科	1.使用恩喜阿法嵌入擴張氣球導管(NSE ALPHA)進行病灶前處理的重大撕裂(Major dissection)與剩餘狹窄百分比(Residual stenosis)較低。 2.減少病灶預擴後需要進行救援支架置放(bailout stenting)的機率。	無，請遵照醫師指示使用。	1.產品的血管內操作必須在螢光透視影像下小心進行，未確認產品位置而移動產品遠端尖端或操作，可能會導致產品損壞。 2.若操作期間產品尖端移動或位置出現任何產品組力或異常,請立即停止使用。	無類似健保相同品項。
25	SG33B	傷口撐開器	2,325	CDZ003620001	一般外科、泌尿外科、婦產科	此傷口撐開器用於腹腔鏡手術中,建立一個允許多支器械同時進出的手術通道,並協助拉開和維持切口大小,以及避免傷口遭受感染。	無，請遵照醫師指示使用。	本產品不得用於以腹腔鏡置入術為禁忌症之病患。	以傳統拉勾拉開方式，撐大傷口進行手術。傷口容易被撐大，復原期增長。
26	MI2004B	傷口撐開器 內徑80-109 MM	3,080	CDZ003620003	一般外科、泌尿外科、婦產科	此傷口撐開器用於腹腔鏡手術中,建立一個允許多支器械同時進出的手術通道,並協助拉開和維持切口大小,以及避免傷口遭受感染。	無，請遵照醫師指示使用。	本產品不得用於以腹腔鏡置入術為禁忌症之病患。	以傳統拉勾拉開方式，撐大傷口進行手術。傷口容易被撐大，復原期增長。
27	SG34B	傷口撐開器氣密蓋	3,750	CDZ004839001	一般外科、泌尿外科、婦產科	本產品需搭配LAGIS傷口撐開器使用,搭配使用後可作為穿刺套管之穿刺平台,並保持腹腔積氣不散失,進行單孔腹腔鏡手術。	無，請遵照醫師指示使用。	本產品不得用於以腹腔鏡置入術為禁忌症之病患。	以手套取代，需要綁在傷口撐開器上，耗時。若沒綁好也可能會有脫落噴飛的現象。
28	MI2005B	傷口撐開器氣密蓋(CP-80S；CP-110M)	4,480	CDZ004839002	一般外科、泌尿外科、婦產科	本產品需搭配LAGIS傷口撐開器使用,搭配使用後可作為穿刺套管之穿刺平台,並保持腹腔積氣不散失,進行單孔腹腔鏡手術。	無，請遵照醫師指示使用。	本產品不得用於以腹腔鏡置入術為禁忌症之病患。	以手套取代，需要綁在傷口撐開器上，耗時。若沒綁好也可能會有脫落噴飛的現象。
29	NS79B	史卓塔腦脊髓液腰椎腹膜閥及分流系統#44420	177,156	CDZ022887001	神經外科	美敦力神經外科(Medtronic Neurosurgery)的PS Medical Strata NSC腰椎腹膜閥以手術植入後， 對水腦症治療提供一種非侵入性方法，以滿足患 者不斷改變的需求。閥門設計，可讓醫師使用磁性調整工具，調整閥門壓力/效能水平。此設計有助於確保閥門的效能水平能夠抵抗非預期性的變 化。Strata NSC 腰椎腹膜閥內建了球體與圓錐體壓力閥門。流動則透過球體與圓錐體的阻力來控 制。阻力的大小，決定了閥門的效能特性。球體 與圓錐體可防止逆流。Strata NSC 腰椎腹膜閥可提供完整範圍的效能水平：0.5、1.0、1.5、2.0、2.5。可透過使用StrataVarius調整系統或以X光攝影確認，辨識目前的效能水平設定。	導管接觸到體內結構，其尖端可能會發生扭結或阻斷(例如： 遠端導管尖端進入大網膜或彎曲腸道)。因為嬰兒或兒童的成長或是身體活動造成分流系統組件脫落或遠端導管從其預期引流位置縮回，分流系統可能發生阻塞。系統組件脫落，或是導管扭結及/或纏繞，也可能發生阻塞。如此可能使遠端導管容易移位至腹膜或其他有植入導管的結構。分流阻塞可能會引起多種併發症。若水腦症未獲代償，將會出現顱內高血壓並導致臨床徵兆與症狀。分流至腹腔時，可能會因為導管被彎曲腸道或大網膜包圍而失敗。曾有腹腔導管造成腸道穿孔後形成腹膜炎的病例之報告。腦脊髓液過度引流可能會使腦脊髓液壓過度降低，並容易發生硬腦膜下血腫或水瘤。過度引流可能會因為大腦導水管阻塞及姿勢型頭痛，而從交通性水腦症轉變為阻塞性水腦症。對嬰兒來說，這種壓力過度降低的情形會造成前囟門明顯凹陷、顱骨重疊，而且可能使交通性水腦症轉變成阻塞性水腦症。	無，請遵照醫師指示使用。	無類似健保相同品項。
30	MH2032B	”美安科技”膽道支架6MM/8MM/10MM	60,075	CDZ030323001	腸胃內科	1.第二代手工編織Hook & Cross 形式金屬支架， 順應性最佳。 2.第二代高彈力鎳鈦合金線，比較 粗， 徑向支撐力大。 3.種類齊全可應用於各膽管位置，適用於惡性及良性腫瘤。 4.獨特全覆膜多 細孔產品，BMCL，可達成較佳”側枝引流”。	無，請遵照醫師指示使用。	無，請遵照醫師指示使用。	健保給付項目為塑膠支架孔徑小易阻塞。
31	ME2056B	二氧化碳血管攝影注射系統 -血管攝影用單次使用轉接器	10,800	CEZ029038001	心臟內科	本產品可將作為顯影劑使用之二氧化碳(CO2)按照所設定之壓力及體積注入血管。二氧化碳是一種無色、無味、不易燃且無毒的氣體，而且是細胞代謝的廢棄產物。廣泛存在於自然界的二氧化碳近來已在血管攝影術中成功被當作顯影劑使用，在血管放射顯影過程中具有極佳的效果。	噁心、疼痛、頭暈、心搏過速	應注意事項:最高注射劑量：100 ml。 每次注射之間必須等待至少兩分鐘。	無類似健保相同品項。
32	ME2052B	血管內超音波影像導管	48,000	CGZ011026001	心臟內科	此導管可透過外科切割的方式進入血管系統。一個線性陣列的超音波轉換器被置於導管尖端的周圍用以產生即時的末梢血管的斷層影像。	無，請遵照醫師指示使用。	無，請遵照醫師指示使用。	無類似健保相同品項。
33	ME2055B	數位式血管內超音波影像導管	44,500	CGZ026141001	心臟內科、心臟外科	本影像導管可藉由提供血管的斷層影像來評估周邊血管的血管形態,此導管現行並不適用於冠狀動脈或腦部血管的評估，此超音波影像導管可被當作傳統血管造影法的附屬物，用以提供血管腔和血管壁結構的影像。	在穿刺的位置會有出血的現象；血管壁損傷；血管栓塞；與經皮式血管內導管使用時會有末梢栓塞的情況發生。	限由專科醫師使用	無類似健保相同品項。

34	CS59B	血管穿刺後止血器	13,950	CHZ009864001	心臟內科	用於導管治療或導管攝影檢查術後止血功能，有別於傳統術後因加壓止血造成的疼痛與起居不便。	可能會有過敏反應、異物反應、水腫。	1.應避免外力重擊置入部位。 2.本產品具有porcine gelatin某些病患可能對這種物質會有過敏反應，請注意並事前給病患或懷疑將會過敏的病患作含有gelatin的穩定注射。	無類似健保相同品項。
35	ME3029B	普克斯戴爾經皮血管縫合與修復器系統12773-02	14,980	CHZ035314001	心臟外科	本產品用於患者診斷和介入性導管插入後的動脈切開術和靜脈切開術縫合時，有更快的止血和離床時間·以及與手動加壓相比更低的血管併發症發生率。	無，請遵照醫師指示使用。	·使用前檢查本產品，無菌包裝是否有損壞·檢查所有元件確認功能正常，搬 運裝置要小心以免意外破損·如同所有導管相關程序，有可能發生感染。	無類似健保相同品項。
36	MH2004B	曼爾頓導尿管附溫度感應探針	2,800	CKZ012748001	泌尿外科	導尿同時可監測患者的排尿量及溫度變化。	無，請遵照醫師指示使用。	單次使用勿重覆使用。	無類似健保相同品項。
37	ME3028B	”泰爾茂”籟芙微球體	59,130	CMZ030763001	心臟內科	1.微球體懸浮時間長。 2.微球體大小均勻。 3.可搭載4種藥物。 4.用針筒裝載使用方便。	在動靜脈吻合術，如果已從目標血栓區域出來、或栓塞術前不顯著的，分枝血管出現時·可能導致非標的栓塞，引起病人產生嚴重併發症。	在整個裝載過程中，應避免將氣泡引進系統，一旦發生必須去除，本產品可以注入化療藥物，如要選擇注入藥品時·則必須遵照醫師指示、選擇和職責·以病人最有利的藥物類型和劑量為依據。	無類似健保相同品項。
38	B638B	愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:下肢鎖定骨板骨釘系統組	72,166	FBZ003129001	骨科	鈦合金材質，具高度生物相容性。 骨折固定加壓效果強，縮點骨癒合時間，能提早復健。 可不必拔釘。	1.傷口感染:任何手術都有可能發生感染；當有嚴重感染時， 應放棄骨內固定治療而改用牽引術，待傷口感染治癒後再用骨內固定治療。 2.神經與血管損傷。 3.骨折延遲癒合與骨不癒合:骨板固定的應用不當，可能造成骨折不癒合；但原始創傷嚴重，而又未採取相應治療措施時，則更易發生骨折不癒合。 4.再骨折:對骨折癒合的強度判斷不準確時會發生再骨折。	自費特材骨釘骨板仍有彎曲斷裂及螺絲鬆脫之可能，而導致骨折變形及骨折不癒合，須遵照醫師指示活動。	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象，病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。
39	B639B	愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:上肢鎖定骨板骨釘系統組	63,450	FBZ003129002	骨科	1.愛派司骨釘和骨板互鎖的系統是結合亞州解剖型的3D曲率，可以在身體的承載力下達到最適合的支撐力。 2.可以用微創手術去做骨折固定，不需將傷口劃大，病人術後復原較快，手術後可以不需要打上石膏進而提早做小關節活動。 3.材質為目前臨床文獻生物相容最高之鈦合金ASTMF136認證，所以可以不需再次手術拔除。	1.傷口感染:任何手術都有可能發生感染；當有嚴重感染時， 應放棄骨內固定治療而改用牽引術，待傷口感染治癒後再用骨內固定治療。 2.神經與血管損傷。 3.骨折延遲癒合與骨不癒合:骨板固定的應用不當，可能造成骨折不癒合；但原始創傷嚴重，而又未採取相應治療措施時，則更易發生骨折不癒合。 4.再骨折:對骨折癒合的強度判斷不準確時會發生再骨折。	自費特材骨釘骨板仍有彎曲斷裂及螺絲鬆脫之可能，而導致骨折變形及骨折不癒合，須遵照醫師指示活動。	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象，病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。
40	B637B	愛派司金屬鎖定骨板骨釘系統組:小型骨鎖定骨板骨釘組	45,900	FBZ003129012	骨科	1.愛派司骨釘和骨板互鎖的系統是結合亞州解剖型的3D曲率，可以在身體的承載力下達到最適合的支撐力。 2.可以用微創手術去做骨折固定，不需將傷口劃大，病人術後復原較快，手術後可以不需要打上石膏進而提早做小關節活動。 3.材質為目前臨床文獻生物相容最高之鈦合金ASTMF136認證，所以可以不需再次手術拔除。	1.傷口感染:任何手術都有可能發生感染；當有嚴重感染時， 應放棄骨內固定治療而改用牽引術，待傷口感染治癒後再用骨內固定治療。 2.神經與血管損傷。 3.骨折延遲癒合與骨不癒合:骨板固定的應用不當，可能造成骨折不癒合；但原始創傷嚴重，而又未採取相應治療措施時，則更易發生骨折不癒合。 4.再骨折:對骨折癒合的強度判斷不準確時會發生再骨折。	自費特材骨釘骨板仍有彎曲斷裂及螺絲鬆脫之可能，而導致骨折變形及骨折不癒合，須遵照醫師指示活動。	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象，病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。
41	B921B	愛派司亞洲金屬鎖定骨釘骨板系統組：橈尺骨手腕系統鎖定骨板	55,350	FBZ003129015	骨科	骨板為亞洲曲率解剖型設計，遠端關節面採2.4mm locking screw設計共有12個，採用三柱理論進行骨板設計，另外針對Styloid進行強化固定設計；骨幹處可選用2.7/3.5mm locking screw。	皮下有異物感。	自費特材骨釘骨板仍有彎曲斷裂及螺絲鬆脫之可能，而導致骨折變形及骨折不癒合，須遵照醫師指示活動。	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象，病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。
42	B922B	愛派司亞洲金屬鎖定骨釘骨板系統組：腓骨遠端外側鎖定骨板	60,749	FBZ003129016	骨科	骨板為亞洲曲率解剖型設計，遠端關節面採2.4mm locking screw設計共有6個；骨幹處可選用2.7/3.5mm locking screw；遠端設計Double Hook以強化骨折固定。	皮下有異物感。	自費特材骨釘骨板仍有彎曲斷裂及螺絲鬆脫之可能，而導致骨折變形及骨折不癒合，須遵照醫師指示活動。	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象，病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。

43	B923B	愛派司亞洲金屬鎖定骨釘骨板系統組：遠端鎖骨鎖定骨板(螺旋蛇型)	55,350	FBZ003129020	骨科	骨板為亞洲曲率解剖型設計，遠端關節面採2.4mm locking screw設計共有8個；骨幹處可選用2.7/3.5mm locking screw；外型採螺旋狀設計以避免傷及鎖骨下靜脈及神經。	皮下有異物感。	自費特材骨釘骨板仍有彎曲斷裂及螺絲鬆脫之可能，而導致骨折變形及骨折不癒合，須遵照醫師指示活動。	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象，病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。
44	B920B	愛派司亞洲金屬鎖定骨釘骨板系統組：直式加壓Y型骨板(迷你型)	43,200	FBZ003129023	骨科	骨板針對手/足掌等小型骨進行設計，其厚度分別為1.5 ystem:0.8mm/2.0 system:1.2mm	皮下有異物感。	自費特材骨釘骨板仍有彎曲斷裂及螺絲鬆脫之可能，而導致骨折變形及骨折不癒合，須遵照醫師指示活動。	傳統骨板利用骨板和骨釘的摩擦力做固定，容易有承載力不夠，術後受力彎曲等現象，最後導致骨板斷裂或彎曲等現象，病人術後需上石膏，並再二次手術將骨板取出。
45	B950B	固定骨板系統-鈦金屬下肢鎖定骨板等	67,500	FBZ003962002	骨科	本產品使用為醫療及純鈦，鈦合金是符合IS05832-2與ASTMF138，ASTMF136標準規範之要求自費LOCK PLATE鋼板設計更服貼於人體各部位之關節，手術中選定不同部位鋼板，密合骨折部位，達到穩定固定效果，好恢復活動。	1.身體狀況會抵消固定物的支架或造成延遲癒合等現象如骨質不佳先前有原染者。 2.注意病患是否有金屬過敏。 3.骨骼未成熟之病患。	1.患者有金屬過敏性或過度肥胖者，不得使用本產品。 2.本產品不可與其他廠牌混合使用，不鏽鋼產品不能與鈦產品一起使用，手術中，產品損傷則不可使用，次產品不重複使用於人體內。	無類似健保相同品項。
46	B949B	固定骨板系統-鈦金屬上肢鎖定骨板等	73,845	FBZ003994001	骨科	本產品使用為醫療及純鈦，鈦合金是符合IS05832-2與ASTMF138，ASTMF136標準規範之要求自費LOCK PLATE鋼板設計更服貼於人體各部位之關節，手術中選定不同部位鋼板，密合骨折部位，達到穩定固定效果，好恢復活動。	1.身體狀況會抵消固定物的支架或造成延遲癒合等現象如骨質不佳先前有原染者。 2.注意病患是否有金屬過敏。 3.骨骼未成熟之病患。	1.患者有金屬過敏性或過度肥胖者，不得使用本產品。 2.本產品不可與其他廠牌混合使用，不鏽鋼產品不能與鈦產品一起使用，手術中，產品損傷則不可使用，次產品不重複使用於人體內。	無類似健保相同品項。
47	B948B	固定骨板系統-鈦金屬小骨鎖定骨板等	56,025	FBZ003994002	骨科	本產品使用為醫療及純鈦，鈦合金是符合IS05832-2與ASTMF138，ASTMF136標準規範之要求自費LOCK PLATE鋼板設計更服貼於人體各部位之關節，手術中選定不同部位鋼板，密合骨折部位，達到穩定固定效果，好恢復活動。	1.身體狀況會抵消固定物的支架或造成延遲癒合等現象如骨質不佳先前有原染者。 2.注意病患是否有金屬過敏。 3.骨骼未成熟之病患。	1.患者有金屬過敏性或過度肥胖者，不得使用本產品。 2.本產品不可與其他廠牌混合使用，不鏽鋼產品不能與鈦產品一起使用，手術中，產品損傷則不可使用，次產品不重複使用於人體內。	無類似健保相同品項。
48	MN2029B	愛派司矛型微型鎖定骨板系統 矛型微型鎖定骨板 1600-1320-01:42	52,650	FBZ006190001	骨科	愛派司矛型微型鎖定骨板系統之鎖定骨板，可適用於掌趾骨重建手術、掌趾骨之矯型及掌趾骨折固定，能附合病人不同解剖構造上的需求。	1.傷口感染:任何手術都有可能發生感染；當有嚴重感染時·應放棄骨內固定治療而改用牽引術·待傷口感染治癒後再用骨內固定治療。 2.神經與血管損傷:植入關節骨板時·應避開神經、血管。術中、術後發現神經與血管損傷時，應採取相應補救措施並更換骨板位置。 3.骨折遲延癒合與骨不癒合:骨板固定的應用不當，可能造成骨折不癒合；但原始創傷嚴重·而又未採取相應治療措施時·則更易發生骨折不癒合。 4.再骨折:對骨折癒合的強度判斷不準確時會發生再骨折，因此，拆除關節骨板時要準確判斷骨折癒合。	·本產品不可重複使用，產品標示不清，請勿使用，若產品包裝不完整·請勿使用··醫師須了解手術技術，不當的術後活動可能造成髓內釘之破壞。術後請依循醫囑活動。	符合人體骨骼解剖型骨板設計，解剖型鎖定式骨板設計。
49	B741B	高分子聚乙烯耐磨人工膝關節用墊片	42,890	FBZ007513002	骨科	超耐磨墊片較傳統內襯可減少78%磨耗率，提高使用年限，減少Surface再置換的機會。	若植入部位之準備不適當，可能造成脛骨或股骨踝骨折。	1.需由專業外科醫師使用。 2.手術後的康復訓練應嚴格遵照。	耐磨損程度為一般健保給付品的78%~82%，可有效降低因磨損而產生的微粒進而造成骨溶解。

50	B094B	內環固定鈕釦 10~60MM	13,520	FBZ008700001	骨科	用於骨科重建手術中肌腱或韌帶的固定，如十字韌帶重建手術。	鬆脫或感染風險。	1. 使用前請檢查包裝是否完整，發現任何破損請勿再使用 2. 拆開包裝後請檢查裝置是否正常，若損壞請勿再使用 3. 金屬的使用應用軟組織的固定，在骨折或重建手術，唯此裝置目的在幫助正常癒合，無法取代人體正常組織，故在骨骼完全癒合前也請勿過大的承重。 4. 使用前請遵照醫師指示活動，避免過度承重或壓力影響骨癒合。 5. 注意是否有感染的問題發生。	無類似健保相同品項。
51	B930B	帝富脊椎微博微創中空螺絲脊椎固定系統	20,254	FBZ017775001	骨科，神經外科	Viper System為新式醫療技術，因手術方式減少對於相關組織的暴露與破壞且減少術中之出血量並可有效降低病人術後之疼痛感及在院日數	手術可能引起的併發症因無法適應植入物材質之過敏或疼痛反應，血液循環系統障礙造成之癒合遲緩	醫師必須提醒病人在活動上的限制，否則會減緩骨骼癒合，植入物失敗，感染，血栓性靜脈炎及/或傷口血腫。	健保給付之品項為傳統之胸腰椎後開固定系統，並無設計可於微創手術時使用。
52	B931B	帝富脊椎微博脊椎系統/ROD	8,195	FBZ017775002	骨科，神經外科	Viper System為新式醫療技術，因手術方式減少對於相關組織的暴露與破壞且減少術中之出血量並可有效降低病人術後之疼痛感及在院日數	手術可能引起的併發症因無法適應植入物材質之過敏或疼痛反應，血液循環系統障礙造成之癒合遲緩	醫師必須提醒病人在活動上的限制，否則會減緩骨骼癒合，植入物失敗，感染，血栓性靜脈炎及/或傷口血腫。	健保給付之品項為傳統之胸腰椎後開固定系統，並無設計可於微創手術時使用。
53	B935B	手部骨板系統	41,066	FBZ019512001	骨科	鈦合金材質和符合人體解剖之造型，搭配其鎖定加壓特性，達到治癒骨折快速穩定效果。	依個人體質不同，會有異物感產生。	術後依醫生指示。	無類似健保相同品項。
54	B929B	信迪思歐貝爾椎間融合器	73,278	FBZ020179001	骨科，神經外科	OPAL Space System是一個使用單側椎孔椎間盤融合術(unilateral TLIF)的植入物系統，本品的設計允許自體撐開，並可適用兩種不同的手術方法，器械的設計可於微創手術時使用	手術可能引起的併發症因無法適應植入物材質之過敏或疼痛反應，血液循環系統障礙造成之癒合遲緩	醫師必須提醒病人在活動上的限制，否則會減緩骨骼癒合，植入物失敗，感染，血栓性靜脈炎及/或傷口血腫。	健保給付之品項為傳統之單側椎孔椎間盤融合術，並無設計可於微創手術時使用
55	B936B	遠端橈骨固定系統	48,524	FBZ021080001	骨科	鈦合金材質和符合人體解剖之造型，搭配其鎖定加壓特性，達到治癒骨折快速穩定效果。	依個人體質不同，會有異物感產生。	術後依醫生指示。	無類似健保相同品項。
56	MN3005B	多喜司固定系統2節段固定	123,525	FBZ022146001	骨科、神經外科	提供脊椎穩定並使椎體術後可正常活動，讓病患可有限度保留脊椎活動完整性，不必一次就做整節段融合手術，維持活動度並減少鄰近節段的退變，可施用微創型手術，傷口小，癒合快速。	極少數對植入物材質的過敏反應，及術後可能有感染之風險。	無，請遵照醫師指示使用。	無類似健保相同品項。
57	MN3004B	多喜司固定系統3節段固定	224,505	FBZ022146002	骨科、神經外科	提供脊椎穩定並使椎體術後可正常活動，讓病患可有限度保留脊椎活動完整性，不必一次就做整節段融合手術，維持活動度並減少鄰近節段的退變，可施用微創型手術，傷口小，癒合快速。	極少數對植入物材質的過敏反應，及術後可能有感染之風險。	感染·懷孕、過度肥胖、全身性代謝疾病、明顯骨質缺乏、超過1級的脊椎滑脫症等。	無類似健保相同品項。
58	B959B	福音縫合錨釘	27,000	FBZ022156001	骨科	可吸收肩關節軟組織固定錨釘為可吸收性，術後一至兩年將會被自體吸收，對病患無任何負擔，採用兩條Ultrabraid線，提供最大拉力。	無，請遵照醫師指示使用。	1.對植入物有過敏者。 2.供血情況不良或有感染現象等之可能影響軟組織縫合錨釘的固定效果或延遲癒合者。	1.新的手術縫合方式，可吸收PLLA材質，X光不顯影，在核磁共振影像下較不產生干擾，利於影像判讀。 2.可將破裂的Cuff更緊密的及更貼近生物力學的手術方式，讓病人復原效果更佳。
59	B770B	諾亞生物可吸收骨替代材料2.5C.C.	32,400	FBZ023041006	骨科、神經外科	1.100%人工合成，可完全被人體代謝吸收。 2.無毒性不會造成過敏反應。 3.具骨激發骨傳導作用。 4.可和自體骨或異體骨相互混合使用。 5.即拆即用，縮短手術時間降低感染機率。 6.軟塊狀不易融於水，易於填充到各種形狀骨缺損處 7.有抗菌抑菌功效。	手術可能引起的併發症包括淺表傷口感染、深部傷口感染、深部傷口感染伴隨骨隨延遲癒合、復位中骨質流失無法融合、失去骨移植替代物、移植替代物前突和/或移位，一般併發症也可能因麻醉或手術而出現。	移植部位超過15.5cm，建議將"諾亞"與自體骨或異體骨混合使用。	無類似健保相同品項。

60	B771B	諾亞生物可吸收骨替代材料5C.C.	64,350	FBZ023041007	骨科、神經外科	1.100%人工合成，可完全被人體代謝吸收。 2.無毒性不會造成過敏反應。 3.具骨激發骨傳導作用。 4.可和自體骨或異體骨相互混合使用。 5.即拆即用，縮短手術時間降低感染機率。 6.軟塊狀不易融於水，易於填充到各種形狀骨缺損處 7.有抗菌抑菌功效。	手術可能引起的併發症包括淺表傷口感染、深部傷口感染、深部傷口感染伴隨骨隨延遲癒合、復位中骨質流失無法融合、失去骨移植替代物、移植替代物前突和/或移位，一般併發症也可能因麻醉或手術而出現。	移植部位超過15.5cm，建議將"諾亞"與自體骨或異體骨混合使用。	無類似健保相同品項。
61	B771B	諾亞生物可吸收骨替代材料5C.C.	48,600	FBZ023041007	骨科、神經外科	1.100%人工合成，可完全被人體代謝吸收。 2.無毒性不會造成過敏反應。 3.具骨激發骨傳導作用。 4.可和自體骨或異體骨相互混合使用。 5.即拆即用，縮短手術時間降低感染機率。 6.軟塊狀不易融於水，易於填充到各種形狀骨缺損處 7.有抗菌抑菌功效。	手術可能引起的併發症包括淺表傷口感染、深部傷口感染、深部傷口感染伴隨骨隨延遲癒合、復位中骨質流失無法融合、失去骨移植替代物、移植替代物前突和/或移位，一般併發症也可能因麻醉或手術而出現。	移植部位超過15.5cm，建議將"諾亞"與自體骨或異體骨混合使用。	無類似健保相同品項。
62	TD49B	史派節克椎體支撐系統	123,011	FBZ025050001	骨科、神經外科	1.以微創手術進行傷口小、流血少、有效的進行傾頹椎體的高度回昇與終板重建；置入的植入物於撐起後能有效的維持回昇的狀態待骨水泥注入後更形穩固。 2.恢復快，適用於單純骨折或年邁患者。 3.骨小樑的破壞程度低、利於骨再生；注入骨水泥的需求量較少、骨水泥滲漏率較低。	發炎、血腫、出血、過敏、血栓、脊椎粉碎、肋骨粉碎、無法承受外露、肺栓塞極、高血壓/血管迷走性反應、無法耐受骨水泥、暫時性局部劇痛、暫時性反射性痛、腦神經方面的併發症	1.使用前務必受過完善專業訓練並熟悉產品操作。 2.使用說明書必須符合或適用於病人的診斷病例。 3.本產品的手術僅限於具有能夠緊急處理外科的醫療設備的醫院使用。	無類似健保相同品項。
63	B960B	縫合錨釘-中空不顯影固定錨釘	36,207	FBZ025163001	骨科	1.PEEK材質的中空錨釘。 2.傷口癒合速度快。	可能發生輕微發炎現象	輕微發炎反應、外來異物的反應、深層與淺層的感染 過敏反應。	無類似健保相同品項。
64	B947B	三項能整體膝關節組件-脛骨內墊(超高分子量聚乙烯)	62,181	FBZ025597002	骨科	減少人工關節置換後的磨損，增進人工關節的使用期限。	不適當的運動可能發生脫位，鬆動。	避免讓骨頭承受過度壓力，遵循醫生指示進行術後護理和治療。	新型的超高分量聚乙烯墊片，較一般傳統墊片耐磨.由於分子結構強度高，並具較強的氧化能力，而使耐磨程度更好。
65	B961B	縫合錨釘-高強度縫線固定釘1.7MM 72203853	26,250	FBZ026645001	骨科	(全線材)錨釘設計，無金屬植入後呈現全線材密合於骨頭中，全線材呈現球狀並產生服貼於骨頭上，呈現拉力大，穩固效果佳，無異物感。	輕微發炎。		帶線錨釘為金屬材質，患者痊癒之後，金屬錨釘會留在骨頭裡，少數患者會感到異物感。
66	B917B	生物可吸收性骨釘骨板系統/骨釘	29,025	FBZ027128003	骨科	1.為生物可吸收性植入物，由含有L-乳酸和D-乳酸的可吸收性共聚物和三甲烯碳酸鹽製成。 2.植入後維持其初始強度，達12週之後逐漸失去強度，生物吸收會在2-4年內發生。 3.可被人體吸收，不須二次手術移除，減少感染機率	過早承受負重、活動可能導致植入物折彎、鬆脫、斷裂或移動。	癒合期間使用適當的額外輔具(如適合的石膏繃帶、托架、矯形器…等)。	無類似健保相同品項。
67	MN2003B	普登斯人工代用骨 4CC	62,000	FBZ027798001	骨科、神經外科	本產品所形成漿體適用於作為移植骨替代物，可注入或填入不引響骨性結構及穩定性骨骼系統（即四肢和骨盆）的開放骨缺損或空隙，並在注入或填入部位固化。 這些開放骨缺損可以是手術或外傷造成的骨性缺損。該漿體提供的移植骨替代物，可在癒合過程中被吸收並被自體骨所取代。	可能的不良反應如下: 傷口併發症，其中包括血腫、手術部位引流、骨折、感染和任何手術都可能發生的其它併發症: 1. 骨缺損填充物骨折或擠壓，有或沒有產生顆粒性碎屑。 2. 手術部位骨性變形。 3. 骨空隙內骨生長不全或無骨生長。 4. 短暫高鈣血症。 5. 潛在的加壓封閉間隙內的材料，可能導致脂肪栓塞和/或裝置材料栓塞進入血流。	無。	術後可大幅提高植骨的成功率,避免因為植骨品質不佳,造成術後脊椎不融合、骨折不癒合等,而需再次手術的可能。
68	B952B	史丹諾富可適椎間植入物	121,568	FBZ028166001	骨科、神經外科	本產品植入後，預期效果為：1.維持椎間孔高度之高度。2.減少對小面關節之應力。3.減少對後環帶之壓力。	1.植入物而引起的疼痛。2.過敏反應肇因於無法適應植入物材質。3.癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。4.植入物變形失效肇因於植入選擇錯誤或內固定過度負荷。	醫師必須提醒病人在活動上的限制·否則會減緩骨骼癒合、植入物失敗、感染、血栓靜脈炎。	無類似健保相同品項。
69	B780B	微博皮質固定螺釘脊椎固定系統-雙軸線皮質固定螺釘	27,540	FBZ028342001	骨科	1.雙軸線的設計(上端螺紋間距較密)增加了接觸 面積，使拉出所需的力量(pull out)也增加，因此可提供較穩固的固定，亦可使用於脊椎退化的病人。 2.皮質固定螺釘(Cortical screw)無論是搭配CBT 或傳統trajectory 的置入方式，其固定力皆較使用鬆質骨螺釘的固定力強。	1.植入物彎曲或斷裂。 2.金屬敏感或對異物產生過敏反應。	1.手術植入物絕對禁止重複使用 2.正確處理及放置極為重要 3.癒合後拆除"植入物的考量 4.充份指導病人，術後活動限制	無類似健保相同品項。

70	NS88B	亞克椎板成形術系統/骨板	32,400	FBZ029716001	骨科、神經外科	本產品適用於下頸椎和上胸椎(C3-T3)的椎板成形術；可用来支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料(graft material)被擠壓出或侵犯到脊柱神經。	植入物而引起的疼痛過敏反應肇因於無法適應植入物材質癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。	醫師必須提醒病人在活動上的限制，否則會減緩骨骼癒合、植入物失敗、感染、血栓性靜脈炎。	無類似健保相同品項。
71	NS89B	亞克椎板成形術系統/骨釘	4,500	FBZ029716002	骨科、神經外科	本產品適用於下頸椎和上胸椎(C3-T3)的椎板成形術；可用来支撐施行椎板成形術所用的植骨，以避免植骨材料(graft material)被擠壓出或侵犯到脊柱神經。	植入物而引起的疼痛過敏反應肇因於無法適應植入物材質癒合遲緩肇因於血液循環系統障礙。	醫師必須提醒病人在活動上的限制，否則會減緩骨骼癒合、植入物失敗、感染、血栓性靜脈炎。	無類似健保相同品項。
72	B589B	內環固定鈕釦	34,000	FBZ030017001	骨科	1.以線卡線方式，提供更好的固定效果，亦能減少Bone Loss 。 2.操作簡單減少手術麻醉時間。 3.使用高耐磨性UHMWPE縫合線固定，強度更佳。 4.可調式設計。 5.縫線獨特加強變寬設計，可降低移植物因縫線太細而切斷受損的機會。	1.輕微發炎反應的可能性發生。 2.過敏反應的可能性。 3.深層及淺層感染的可能性。		使用健保的固定螺絲，縫合破損的旋轉肌韌帶，讓韌帶只有縫合的點與骨頭的點做結合， 影響患者韌帶術後的強度及恢復的活動程度。
73	MN2034B	百優生物可吸收性骨釘骨針系統 可吸收骨接合螺釘3.5*20MM-4.5MM*	32,050	FBZ030680001	骨科	1.由生物可吸收高分子材料(PLGA)製成，在生物體內水解圍可被身體代謝的α羥基酸。 2.可在體內逐漸被吸收，吸收時間為兩年，因此不需再次手術將骨植入物取出。	1.感染，包括與手術相關的深層和表面感染。 2.對麻醉劑和本產品過敏和其他反應。 3.外科手術可能引起神經損傷。 4.引起暫時性局部積液或形成囊實。	無。	無類似健保相同品項。
74	MN2035B	百優生物可吸收性骨釘骨針系統1.5MM*20MM-3.2M*70MM	27,000	FBZ030680002	骨科	1.由生物可吸收高分子材料(PLGA)製成，在生物體內水解圍可被身體代謝的α羥基酸。 2.可在體內逐漸被吸收，吸收時間為兩年，因此不需再次手術將骨植入物取出。	1.感染，包括與手術相關的深層和表面感染。 2.對麻醉劑和本產品過敏和其他反應。 3.外科手術可能引起神經損傷。 4.引起暫時性局部積液或形成囊實。	無。	無類似健保相同品項。
75	MN2001B	”艾易特” 頸椎融合器 CEI4040S:CEI4090S	117,450	FBZ031571001	骨科、神經外科	1.本產品為使用雷射粉末燒結(Selective Laser Melting)製成的鈦合金植入物，為微小多孔狀3D printing titanium奈米結構材質，與人體鬆質骨結構相仿，置入後能快速吸附BMA及骨生長因子， 縮短形成血液循環時間，更有利於骨融合。為用 於前路頸部椎間盤切除融合手術(ACDF)提供頸椎 前路的穩定性。2.有不同樣式及尺寸的植入物可 供選用，以考慮適用於不同病理的患者。	1.植入物而引起的疼痛、不適和/或感覺異常。2.對異物或植入材料的敏感性造成的過敏反應。3.因手術創傷或產品的存在而造成的神經損傷、組織傷疤限制神經、肌肉無力和感覺異常。	1.切勿重複植入物. 2.負重結構的損壞可能產生鬆動、錯位和位移以及其他併發症.植入物在術後必須週期性的以適當的技術檢查，以確保這類引發植入物功能障礙的因子可儘早檢測出來。	1.自費品項為微小多孔狀3Dprinting titanium奈米結構材質，與人體鬆質骨結構相仿， 置入後能快速吸附BMA及骨生長因子，縮短形成血液循環時間，更有利於骨融合。2. Peek材質或其他材質產品，形成有利於骨生長的環境需3-6個月才能形成，骨融合時間較長，病患癒合時間較長。
76	MN2017B	”安特福”去礦化異質骨補骨材0.5C.C (038005)	19,600	FBZ032745001	骨科、神經外科	1.有別於健保產品， DBX Putty同時提供Osteoconductive(骨傳導)及Osteoinductive(骨 誘導)的特性. 骨傳導的目的是使骨缺損的部位建立”鷹架”， 促成骨頭重新生長的環境. 骨誘導則為吸引患者的骨生長因子能在骨缺損部位快速 的聚積， 加速骨頭重新生長。 2.本產品介質為不親水的玻尿酸鈉， 經實驗證實玻尿酸鈉與人體的關節面滑液極為類似， 不會有排斥性且不親水的特性能使骨粉留置於骨缺損部位， 有利生長。 3. 本產品可使用在不同形狀的骨缺損， 具有可塑形性。	使用補骨材的潛在副作用包含但不限於: 1.軟組織和/或骨骼感染(骨髓炎)。 2.發燒。 3.手術部位骨骼變形。 4.骨骼生長不全，延遲癒合或不癒合。 5.高鈣血症或暫時性高鈣血症。 6. 新生骨破裂。 7.疾病傳播和不良免疫反應。	1.請勿滅菌。 2.補骨材泥膠可能擠壓進入臉部軟組織，而由於顱部缺乏軟組織，因此目前尚無擠壓至顱部效果的研究。 3.可能殘存微量Gentamicin抗生素、聚山梨醇酯80、乙醇、甲醇、異丙醇和過氧化氫.若病患對於 前述任何物質過敏，使用時應謹慎.備註:處理補骨材產品組織物時，未使用 β-內醯胺抗生素。 4.採用廣泛醫療師選程序，篩選所有MTF的組織捐贈者(請參見捐贈者篩選和檢測)。	健保產品Chronos僅有骨傳導Osteoconductive功能. 其成分為硫酸鈣、三鈣磷酸鹽（tricalcium phosphate，TCP） 與氫氧基磷灰石（Hydroxyapatite，HA）。作為骨缺損的填補。容易流失， 骨生長期長， 並不保證療效。

77	MN2018B	”安特福”去礦化異質骨補骨材1C.C (038010)	38,500	FBZ032745002	骨科、神經外科	1.有別於健保產品， DBX Putty同時提供Osteoconductive(骨傳導)及Osteoinductive(骨 誘導)的特性. 骨傳導的目的是使骨缺損的部位建立”鷹架”， 促成骨頭重新生長的環境. 骨誘導則為吸引患者的骨生長因子能在骨缺損部位快速 的聚積， 加速骨頭重新生長。 2.本產品介質為不親水的玻尿酸鈉， 經實驗證實玻尿酸鈉與人體的關節面滑液極為類似， 不會有排斥性且不親水的特性能使骨粉留置於骨缺損部位， 有利生長。 3. 本產品可使用在不同形狀的骨缺損， 具有可塑形性。	使用補骨材的潛在副作用包含但不限於: 1.軟組織和/或骨骼感染(骨髓炎)。 2.發燒。 3.手術部位骨骼變形。 4.骨骼生長不全，延遲癒合或不癒合。 5.高鈣血症或暫時性高鈣血症。 6. 新生骨破裂。 7.疾病傳播和不良免疫反應。	1.請勿滅菌。 2.補骨材泥膠可能擠壓進入臉部軟組織，而由於顱部缺乏軟組織，因此目前尚無擠壓至顱部效果的研究。 3.可能殘存微量Gentamicin抗生素、聚山梨醇酯80、乙醇、甲醇、異丙醇和過氧化氫.若病患對於 前述任何物質過敏，使用時應謹慎.備註:處理補骨材產品組織物時，未使用 β-內醯胺抗生素。 4.採用廣泛醫療師選程序，篩選所有MTF的組織捐贈者 (請參見捐贈者篩選和檢測)。	健保產品Chronos僅有骨傳導Osteoconductive功能. 其成分為硫酸鈣、三鈣磷酸鹽（tricalcium phosphate，TCP） 與氫氧基磷灰石（Hydroxyapatite，HA）。作為骨缺損的填補。容易流失， 骨生長期長， 並不保證療效。
78	MN2019B	”安特福”去礦化異質骨補骨材2.5C.C(038025)	63,000	FBZ032745003	骨科、神經外科	1.有別於健保產品， DBX Putty同時提供Osteoconductive(骨傳導)及Osteoinductive(骨 誘導)的特性. 骨傳導的目的是使骨缺損的部位建立”鷹架”， 促成骨頭重新生長的環境. 骨誘導則為吸引患者的骨生長因子能在骨缺損部位快速 的聚積， 加速骨頭重新生長。 2.本產品介質為不親水的玻尿酸鈉， 經實驗證實玻尿酸鈉與人體的關節面滑液極為類似， 不會有排斥性且不親水的特性能使骨粉留置於骨缺損部位， 有利生長。 3. 本產品可使用在不同形狀的骨缺損， 具有可塑形性。	使用補骨材的潛在副作用包含但不限於: 1.軟組織和/或骨骼感染(骨髓炎)。 2.發燒。 3.手術部位骨骼變形。 4.骨骼生長不全，延遲癒合或不癒合。 5.高鈣血症或暫時性高鈣血症。 6. 新生骨破裂。 7.疾病傳播和不良免疫反應。	1.請勿滅菌。 2.補骨材泥膠可能擠壓進入臉部軟組織，而由於顱部缺乏軟組織，因此目前尚無擠壓至顱部效果的研究。 3.可能殘存微量Gentamicin抗生素、聚山梨醇酯80、乙醇、甲醇、異丙醇和過氧化氫.若病患對於前述任何物質過敏，使用時應謹慎.備註:處理補骨材產品組織物時，未使用 β-內醯胺抗生素。 4.採用廣泛醫療師選程序，篩選所有MTF的組織捐贈者 (請參見捐贈者篩選和檢測)。	健保產品Chronos僅有骨傳導Osteoconductive功能. 其成分為硫酸鈣、三鈣磷酸鹽（tricalcium phosphate，TCP） 與氫氧基磷灰石（Hydroxyapatite，HA）。作為骨缺損的填補。容易流失， 骨生長期長， 並不保證療效。
79	MN3007B	禾伸堂舒健玻尿酸注射液(2支/盒)	16,200	FBZ032978001	骨科、復健科	禾伸堂舒健玻尿酸注射液SportVis為一預先填充之注射液，其包含1%無菌玻尿酸澄清溶液及等張溶液，使用於關節周圍肌腱和韌帶周圍的軟組織的注射.玻尿酸為人體內自然存在的一種由重複二糖單元組成的長鏈多醣類.本產品具有與體內較組織相容的pH及滲透壓，本產品含2支經過消毒的1.2ml禾伸裝於泡罩包裝及紙板外盒內.本產品之主成分為非交聯玻尿酸，平均分子量為1.19~2.031106 Daltons，原料來源是以微生物發酵產生，品質符合歐洲藥典。	使用後，可能會出現輕微的紅斑.會隨時間而緩解	本產品須由受過訓練之醫療專業人士注射使用，為一次性使用之預填針劑.注射器內的溶液需於一次使用完畢.任何未用完之殘留玻尿酸應被丟棄.若使用過之注射器被保留並使用於之後的注射.將會有污染、感染的風險，或產生異物反應。 本產品不應被重新滅菌.其性能可能會因此受到影響，並導致病患的健康及安全受到嚴重影響。 本產品應避免被注入血管，因玻尿酸可能會阻塞血管.並導致血管栓塞。 本產品應避免被注射於發炎(血腫)之部。 .避免將本產品直接注入肌腱，此會導致肌腱斷裂，必要時可搭配超音波探測儀操作 注射，以降低風險。	無類似健保相同品項。
80	MN2038B	“帝富脊椎”微搏中空？骨翼-髂骨螺釘固定系統	51,300	FBZ035251001	骨科	1.微創手術傷口小.組織破壞性較少。 2.手術時間短.恢復較快。	過敏反應、疼痛。	醫師必須選擇適當的植入物,病人必須限制任何會對於植入物施壓或活動的骨折部位的身體活動。	無類似健保相同品項。
81	CV51B	普羅帕騰血管移植物-具肝素塗層(可移除環50CM)	67,500	FHZ029690003	心臟外科	1.無健保類似產品。 2.手術傷口較小。	植入物而引起的疼痛過敏反應肇因於無法適應植入物材質癒合，遲緩肇因於血液循環系統障礙。	本產品為無菌狀態，外盒受損或開啟後請勿使用。	血管本身有heparinbounding(肝素塗層)，可減少內膜增生使阻塞率減少延長其使用年限。
82	CV52B	普羅帕騰血管移植物-具肝素塗層(可移除環80CM)	91,650	FHZ029690004	心臟外科	過敏反應、疼痛。	植入物而引起的疼痛過敏反應肇因於無法適應植入物材質癒合，遲緩肇因於血液循環系統障礙。	本產品為無菌狀態，外盒受損或開啟後請勿使用。	無類似健保相同品項。

83	ME2098B	“戈爾”愛可塞爾血管移植物-5MM/6MM*20CMECH050020W/ECH06002	38,850	FHZ033868001	心臟外科	醫師必須選擇適當的植入物,病人必須限制任何會對於植入物施壓或活動的骨折部位的身體活動。	植入物而引起的疼痛過敏反應肇因於無法適應植入物材質癒合，遲緩肇因於血液循環系統障礙。	本產品為無菌狀態，外盒受損或開啟後請勿使用。	止血時間短(5~10分鐘)、24小時內即穿型人工血管。
84	MK3004B	“美敦力”無線體外神經刺激器#97725	45,500	FNZ033405001	神經外科	為接受脊髓電刺激患者，植入此電極晶片，配合電刺激器使用產生電場進而干擾疼痛反射傳導，達到止痛療效。	植入物而引起的疼痛過敏反應肇因於無法適應植入物材質癒合，遲緩肇因於血液循環系統障礙。	醫師不應為正在進行刺激測試或未完全植入任何神經電刺激系統組件的病患。 開立MRI檢查，若必須進行MRI檢查時，請移除所有的刺激測試組。	無類似健保相同品項。
85	MK3003B	“美敦力”維克斯測試監視導線組#977D160/977D260	40,500	FNZ033407001	神經外科	為接受脊髓電刺激患者，植入此電極晶片，配合電刺激器使用產生電場進而干擾疼痛反射傳導，達到止痛療效。	植入物而引起的疼痛過敏反應肇因於無法適應植入物材質癒合，遲緩肇因於血液循環系統障礙。	請勿對體內已植入任何神經刺激系統組件的病患進行MRI檢查。 在不同條件下進行MRI掃描，可能會導致病患受傷或損壞植入式裝置。	無類似健保相同品項。
86	DF64B	生物消溶阻黏膜	14,972	FSZ016580001	婦產科	1.最接近物理性隔離效果的防沾黏膜，臨床應用效果最佳。 2.聚乳酸材料與縫線相同，已使用在人體臨床上超過45年，被人體分解成水及二氧化碳，無任何副作用安全有效。	1.若發生感染可能導致治療失敗 2.由於手術創傷可能使神經血管受到損傷。 3.由於劇烈活動、創傷或載荷過重可能導致本品彎曲、破裂、鬆脫、摩擦或固定位置移動。 4.儘管罕見，但是植入異物可能引起炎症或過敏反應。 5.血腫・縫線拉出。	1.本醫療器材只限由醫師操作使用。 2.不要曝露於攝氏49度以上。	1.本產品可分解吸收。 2.本產品除可形成物理性隔離層外，更具防止組織沾粘之功能。 3.本產品使用部位及科別較廣。
87	CC37B	帕瑞得人工編網(左/右側)	16,380	FSZ017436001	一般外科	1.前腹膜腹腔鏡術式(TEP)專用的人工編網，以最佳符合解剖上的結構，分左、右邊供病患使用。 2.獨特以2D + 3D編織構造: 強化2D部分的修補結構，同時增加手術操控性、加強病灶修補的功 能。而柔軟的3D解剖性編織結構，更能保護重要 血管組織等的敏感地帶。 3.獨特採親水性polyester（聚酯）材質，與組織服貼性佳，更能促進細胞生長植入，真正強化修補效果。 4.材料屬性較不易皺縮、移位，也因而疼痛感降低。 5. 產品帶伸縮線，術中易於精確置放。	使用人工編網進行腔壁修補引發的併發症亦可見於使用本產品之後。這些併發症包括但不限於：血清腫/ 血腫/ 復發/ 沾黏/ 慢性疼痛/ 感染/ 發炎/ 對產品成分產生過敏反應。	1.本產品之禁忌症:所有關於壁層強化使用的一般禁忌症皆適用於本產品的使用，包括(但不侷限於): (1)病患正處於成長階段:人工編網的有限延展性可能無法滿足孩童的成長速度。 (2)在受感染或受污染的處所進行手術。 2.當植入於腹膜前部位時·腹膜移補術的人工編網在手術最後應儘可能保持完整。	無類似健保相同品項。
88	CC49B	舒法定帕瑞得複合式人工編網15CM*10CM PCO1510F	35,000	FSZ018055002	一般外科	1. 本品採用IPOM術式治療腹部疝氣。將網膜置放於腹腔內（一般開腹術式、腹腔鏡術式皆可）， 其具有防沾黏的特性，有效降低腹部疝氣併發 症、復發率。 2. 產品組成：3D聚酯人工網 +可吸收的膠原蛋白（防沾黏層）。 3. 3D聚酯人工網，具高親水性，植入後黏貼組織性佳，組織 長的好。 4. 可吸收的膠原蛋白，植入後12天開始被吸收， 20天後完全被吸收，有效防止組織沾粘。 5. 防沾粘膠原薄膜滲透超過網片編織基礎層，緊密連接，不會有脫落分離的風險。 6. 產品透視度極佳， 可確認 Defect 被完整適當覆蓋。 7. 附有固定線(亦可自行增加)， 方便mesh 懸吊定位。	使用本產品之後，也可能出現因使用本產品腹壁層重建所引起的相關併發症。這些併發症包括(但不侷限於): 1.血清腫、血腫。 2.復發。 3.感染。 4.內臟沾黏。 5.對產品成分產生過敏反應。	1.本產品之禁忌症:所有關於壁層強化使用的一般禁忌症皆適用於本產品的使用，包括(但不侷限於): (1)病患正處於成長階段:人工編網的有限延展性可能無法滿足孩童的成長速度。 (2)在受感染或受污染的處所進行手術。 2.當植入於腹膜前部位時·腹膜移補術的人工編網在手術最後應儘可能保持完整。	1.有效減低腹部疝氣病人的復發率。 2.植入品可防止組織沾黏並自體吸收。 3.植入品能部份自體吸收，依人體功學彈性編織，有效減少病人的不適、疼痛感。 4.可以微創腹腔鏡術式治療。
89	DT38B	亞諾貝爾生化可吸收膠	12,740	FSZ019410001	婦產科	1. 亞諾貝爾生化可吸收膠已經實驗證實能有效降低手術後沾黏的發生率與減輕嚴重程度、提高術後懷孕率，並能於未完全止血時使用。 2. 3D凝膠狀的規格使它有別於其他防沾粘產品，能完整包覆不規則組織或器官，形成一層屏障。 3. 開放式與內視鏡手術皆有專門設計的規格包裝，醫師能更方便的選用並簡單操作。且凝膠狀的劑型是目前唯一可用於子宮鏡手術後的防沾粘產品。	無，請遵照醫師指示使用。	1. 已知對本產品過敏的患者不可使用。 2. 如同其他的手術植入材料，在手術有感染或污染的病患不可使用本產品。	無類似健保相同品項。

90	DT37B	亞諾貝爾生化可吸收膠	12,740	FSZ019410002	婦產科	1. 亞諾貝爾生化可吸收膠已經實驗證實能有效降低手術後沾黏的發生率與減輕嚴重程度、提高術後懷孕率，並能於未完全止血時使用。 2. 3D凝膠狀的規格使它有別於其他防沾粘產品，能完整包覆不規則組織或器官，形成一層屏障。 3. 開放式與內視鏡手術皆有專門設計的規格包裝，醫師能更方便的選用並簡單操作。且凝膠狀的劑型是目前唯一可用於子宮鏡手術後的防沾粘產品。	無，請遵照醫師指示使用。	1. 已知對本產品過敏的患者不可使用。 2. 如同其他的手術植入材料，在手術有感染或污染的病患不可使用本產品。	無類似健保相同品項。
91	CF48B	立體輕質型修補網	8,840	FSZ022205001	一般外科	腹腔鏡疝氣修補手術專用，為單股聚丙烯(Monfilament ”完全符合人體鼠蹊部之構造設計，於腹腔鏡疝氣修補手術下容易操作，彈性佳且只需1~2釘或不需固定釘固定，降低手術時間及病人術後之疼痛感。	可能的併發症包括漿瘤、黏著、血腫·發炎·擠壓突出、慶管形成以及疝氣或軟組織缺陷的復發。	不可使用在嬰幼兒或兒童身上，聚丙烯材質面不可放置與腸子或內臟有 接觸·避免造成黏著之情形·	無類似健保相同品項。
92	MI2064B	“百歐瑟”二氧化鈦疝氣修補網15*15CM	11,745	FSZ024080003	一般外科、泌尿科	本品由單股聚丙烯製成，具大孔徑結構及藍色條紋，表面有二氧化鈦塗層，網片結構可縱向及橫向伸展，且其彈性能適應身體組織之活動。	可能的併發症具血清腫、血腫、復發、感染、內臟沾黏、網片移位等。	在使用本網片前，醫師須確認疝氣缺損部位大小，並確保網片可有效覆蓋。	無類似健保相同品項。
93	NS90B	防粘黏凝膠 OXIPLEX 3ML	52,060	FSZ031574001	一般外科、婦產科、泌尿外科	本產品主要形成暫時性之機械屏障以避免組織粘黏的形成。	非完全歸因使用本產品的不良事件包括：疼痛、炎症、血 腫、感染、過敏反應和未達預期成效。	請勿使用將其他非雷勁的切割工具與雷動馬達同時使用。 雷勁切割工具僅限單次使用。	無類似健保相同品項。
94	C004B	艾科索尼血管用設備	162,000	HHZ023218001	心臟外科	EkoSonic MACH4 血管裝置係利用高頻(2-3MHz)、底功率超音波協助遞送血栓溶解藥物進入肺栓或 末梢血管處。	1.出血。2.疼痛。	1.此裝置僅能由醫師使用· 2.使用前，請先仔細閱讀所有使用說明·遵守這些使用說明中提及的所有警告事項與注意事項·無法遵守的話將會造成併發症。 3.導入前，應先沖洗IDDC· 4.如果遇到阻力且一開始利用X光透視檢查時並未偵測到阻力原因的話，請勿往前推進，因遇阻力而過度用力可能會造成裝置或血管系統受損。 5.如果流過IDDC之血流受阻的話，切勿利用高壓輸液將其暢通·請移除IDDC(及MSD，如果有的話)或更換相同型號的全新IDDC以確定並排除阻塞原 因。 6.置入裝置前，請先將導線穿過目標治療區。	健保治療由於過量消耗血液中pg，所以較易發生再栓塞。
95	ME2066B	血栓旋轉清除器	67,500	HHZ030409001	心臟內科、心臟外科	本產品是 6Fr 或 7Fr 經皮的導管組件(單件組)。本產品包含一次性手持式電池旋轉驅動裝置，產生彎曲的管線轉速約 4000RPM。管線和無創傷的軟末端是不透射線，用於螢光透視的影像化。	必須了解與週邊血栓溶解相關的潛在併發症，包括： 1.血管穿孔或破裂 。2.血栓末端栓塞 3.血管痙攣。 4.出血。 5.血腫 。6.疼痛和壓痛。 7.敗血症/感染 。8.血栓靜脈炎。 9.血管內膜破裂。 10.動脈剝離。 11.血管血栓。 12.藥物反應。 13.顯影劑過敏反應。 14.動靜脈瘻管。 15.血栓栓塞發作。16. 截肢。	下列情況請勿使用本產品： 1.在醫師的醫學判斷下，這種手術可能會危及患者的情況。 2.不適用於週邊血管的擴張。 3.不適用於輸注血液或血液製品。 4.請參考選擇治療方案的產品說明書的適應症、禁忌症、副作用和預防措施。 5.現有的血液透析血管有感染。 6.不成熟的自體血管透析瘻管(瘻管未被用於至少一血液透析療程)。 7.在直徑小於 6mm 的自體血管裡。	無類似健保相同品項。
96	ME2004B	阿斯拜爾機械式血栓清除導管系統	16,500	HHZ030450001	心臟內科、心臟外科	機械式血栓清除導管系統為單次使用血栓清除導管及其配件。	相關週邊血栓溶解相關的潛在併發症。	請參考選擇治療方案的產品說明書的適應症、禁忌症、副作用和預防措施。	無類似健保相同品項。
97	B502B	速巴定可吸收性固定系統(15釘/EA，單拋)#0113115	11,057	SAZ022345001	一般外科	為腹腔及切口型疝氣手術修補腹壁缺損所需之網片固定系統，可使用於腹腔鏡或開放手術使用。	出血；傷口處疼痛、水腫及紅斑；對聚 (右旋、左旋) 乳酸交酯產生過敏反應；敗血症/感染。	僅限一次性使用,勿重覆滅菌且該產品應儲存於40℃（104 ℉）以下的乾燥環境中，該產品不適用於指定適應症之外的任何用途。	無類似健保相同品項。

98	MI3006B	立可棒疝氣修補網片黏著劑	29,700	SSZ030122001	一般外科	本產品將 2-辛基氰基丙烯酸酯(n-butyl-2-cyanoacrylate)的組織黏膠，應用在疝氣修補網片上，以固定疝氣網片於組織。	與大部分植入物相同，使用本產品的不良反應可能包括在植入部位的暫時局部刺激和暫時性發炎的異物反應。	本產品不適用於禁用人造材料固定的情況。 請勿用於已知對氰基丙烯酸酯(cyanoacrylate)或甲醛過敏的病人。 本產品不適用於固定聚四氟乙烯(polytetrafluoroethylene, PTFE)或可吸收材質的網片。 •請勿使用本產品於封閉或黏合腦組織、血管或周邊神經。	無類似健保相同品項。
99	DC29B	”飛洛散” 斯龐嘉止血粉(可吸收)#POWDER 1GM MS0008	12,236	THZ013975001	各科別	1.主要作用:止血。 2.主要功能:提供血小板凝集和附著之介質。 3.廣泛運用在各科手術當中出血使用。 4.產品狀態:能完全覆蓋在粗糙不規則的出血表面，達到有效止血。 5.總容量較多: 8 mL。 6.較市面上的自費止血產品價格低。 7.調配後效價穩定度長達8小時以上。 8.於4~6周內吸收。 9.多用途止血操作使用方式。	對豬凝膠製品過敏者(目前尚無案例報告)	泌尿科及眼科除外。	1.傳統紗布(健保)。 2.主要作用:加壓止血 。 3.主要功能:術中吸附止血 。 4.廣泛運用在各科手術當中出血使用 。 5.傳統棉紗材質，吸附止血無法達到粗糙不規則的出血表面，因此無法立即止血，且必須移除不可吸收，否則會引發術後不良反應發生。
100	MK2001B	冷凝射頻切口探針組	67,500	TKZ029477001	神經外科	新一代之微創手術，用於治療椎間盤退化而造成長期下背痛病患，為一種侵入性極低的治療方式，使用特製的水冷式熱療探針，利用射頻電燒灼器控制熱能，治療受損的椎間盤神經壓迫，以達到減壓止痛的目的。	使用本裝置之併發症與其他手術進行時，所使用藥物及麻醉時之併發症相類似；應小心仔細進行滅菌程序，否則可能導致椎間盤之感染。	1.不可彎折導管。 2.治療時勿抽離導管。	無類似健保相同品項。
101	SG35B	複埠式導入套管組TRL-0220R、TRL80-0220R	22,275	TSZ003566014	一般外科、泌尿外科、婦產科	用於腹腔鏡手術中，降低傷口數量，可扣環組,讓器械操作範圍更大，有利手術之進行。	無，請遵照醫師指示使用。	1.本產品為單次使用。 2.注意包裝有無毀損及有效日期.。 3. 使用前請遵照指示使用 。 4.注意相關禁忌症。 5.注意來自各製造商器械之間相容性。	無類似健保相同品項。
102	NS72B	伏血凝止血劑	16,250	TTZ020377001	神經外科	1. 一種凝膠和凝血酶基質，用於滲血到噴血狀況的止血。 2. 針對組織出血能快速有效的止血。 3. 不須身體凝血因子就能達到止血效果。 4. 只限用於止血功能。 5. 符合生理性，6至8週即可被人體吸收。	如同其他的血漿製品，極少數人有可能產生過敏反應。臨床試驗過程中，未曾有因使用相同人類凝血酶成份的不同產品，而產生不良反應的報告。輕微的不良反應可以抗組織胺來處理。嚴重低血壓反應需要立即以當前的休克處理準則介入處理。	1.勿注射或壓縮本產品入血管內。勿使用本產品於夾緊的血管或無活動血流的部位，否則可能導致廣泛性的血管凝結或死亡。 2為避免產生致死性的過敏性反應及血栓性栓塞的風險，請勿將本產品注射到血管或組織中。 3.皮膚切割口的密合縫除中，請勿使用本產品，以免因凝膠的機械性介入而干擾皮膚邊緣的癒合。 4.已知對牛來源物質過敏的病人，勿使用本產品。	止血棉：止血時間長易影響手術品質。Floseal 能針對組織出血快速有速止血。

103	MI3009B	斯爾止可吸收性止血粉 3公克	23,625	TTZ034001001	各科別	1.SURGICEL止血粉中含有氧化再生纖維素ORC，預充在施藥器中以施加到目標出血部位。 2.由於止血粉的低pH特性，本產品具抑制病原微生物之效果。	本產品無副作用	1.不得將SURGICEL止血粉與自體血液回收管路共同使用，因為止血粉的碎末可能通過血液清除系統的輸血過濾器。 2.僅須取用足以止血的SURGICEL止血粉(氧化再生纖維素)份量，並且僅應用於需要止血的部位。 3.在閉合手術切口前清除多餘的止血粉，以便促進吸收並降低異物反應的可能性。 4.在泌尿道手術中，應使用最少量的SURGICEL止血粉，並且必須特別小心避免因產品部分移位而堵塞尿道、輸尿管或導尿管。 5.如果SURGICEL止血粉被臨時用於堵塞開放性傷口凹處，在止血後應該用水或生理鹽水沖洗將其去除。	1.SURGICEL止血粉可在外科手術中用於協助控制微血管、靜脈及小動脈出血。 2.除了其局部止血性，SURGICEL止血粉在體內亦具抗菌作用，可抑制多種革蘭氏陽性和革蘭氏陰性細菌，包括需氧菌和厭氧菌。
104	MK3005B	“波儷凱尼”硬腦膜組織黏合貼	60,000	TTZ035846001	神經外科	本產品是由黏性白色泡棉層和藍色密封層組成的雙層彈性貼片。貼片的一面為黏性白色泡棉層(泡棉狀，由生物可吸收共聚酯組成)，為黏合層。 白色泡棉層需貼於硬腦膜上，因具有黏合劑的成分和緩衝鹽，可牢固的貼附在硬腦膜組織上。此泡棉層含 PEG-NHS 黏合劑，在潮濕的環境中會與硬腦膜組織中的胺發生反應，形成共價鍵。	與使用本產品有關的潛在但未觀察到的風險和不良事件可能包括但不限於使用非自體材料的影響，如對任何產品組件的過敏反應和腦脊液滲漏及其相關併發症，如感染、重新手術或延長住院時間。	本產品為單次使用，請勿重複滅菌或重複使用。 本產品為無菌，除非包裝已打開或損壞。請將已開封而未使用的產品丟棄。 本產品僅能由在顱骨手術期間接受過硬腦膜縫合培訓的外科醫生使用。	無類似健保相同品項。
105	DF93B	赫麗敷水凝膠手術傷口敷料 6*19.5CM	603	WDZ003125005	各科別	1.赫麗敷水膠傷口敷料為具鎖水保濕作用的敷料，可降低傷口過濕所衍生的浸潤問題，但又可維持傷口之適當濕潤。2.吸收滲出液後，具有吸濕退黏功能，可減輕換藥時因乾燥所造成之疼痛，並加速傷口癒合等優點。3.敷料與傷口平行方向，內含彈性纖維(如同美容膠帶)，不妨礙病人活動，並可防止敷料脫落。與傷口垂直方向，則具有抗張力功能，可固定住傷口降低傷口張力。	因本品已屬低敏產品，但因個人體質偶有過敏現象。	1.本產品為低敏材質，但並非所有使用者皆不會產生過敏現象，使用本產品如有紅、腫、熱、痛、過敏等不適現象，請立即停止使用並尋求專業醫師診治。 2.使用本產品若必須與其他癒合性護理產品同時使用時，應先請教醫療專業人員的意見。	目前健保無相同品項
106	CV38B	快可敷片7.6CM*3.7M	21,450	WDZ011522001	各科別	1.外科手術創傷敷料，用於臨時外用來控制外傷出血。 2.醫院止血敷料，用作傷口出血如割傷， 撕裂傷和擦傷局部敷料。 3.它也可用於嚴重出血的傷口，如手術傷口（術前，術中）。 4.創傷性損傷的臨時治療等。	對高嶺土成分過敏者禁用。	請依照醫師指示使用	無類似健保相同品項。
107	MI2012B	平而坦宜膚泡綿敷料 10X20 CM	540	WDZ025143003	各科別	適用於多種有滲液之傷口，包含及性傷口及慢性傷口，可搭配加壓療法使用。	無，請遵照醫師指示使用。	1.在臨床指示下·Biatain lbu泡綿敷料可連續使用6週。 2.對於12歲以下的孩童·除醫師建議，否則請勿使用Biatain lbu 泡綿敷料。 3.Biatain lbu 泡綿敷料的最大使用量為1200cm2(例如·每次3個20x20cm的敷料)·該敷料每日的更換次數不應超過兩次·相當於每日2400cm。	無類似健保相同品項。

108	DF88B	”巴帝特”傷口與皮膚科護理敷料UBT100	4,462	WDZ026887003	各科別	療效特性-它刺激肉芽組織生長並且有利癒合，透過恢復皮膚的脂質屏障和生產的膠原蛋白和彈性蛋白；並靠刺激上皮細胞、角膜基質細胞和血管內皮細胞確保有利的micriclimate癒合。 經由刺激殘餘上皮細胞，增加深部傷口上皮化作用，促進新血管形成 抗發炎作用和吸收通量分泌物可在初期的清創用。 抗菌作用- 1.被證實有制菌作用對抗多種耐受性細菌:Staphylococcus E.Coli-Klebsiella pneumoniae·Klebsiella oxytoca·Enterobacter cloacae·Enterobacter aerogenes· Providentia stuartii·Proteus mirabilis·Pseudomonas aeruginosa. 2.局限的殺菌劑:Staphylococcus aureus and Steptococcus pyogenes gr. 抗真菌活性:Candida albicans·Aspergillus niger	在敷上後立即局部熱熱的或不舒服感覺，有時可能出現周圍充血；此現象在30至40分鐘內消失。 在癒合過程中·會出現輕微的癢，在這種情況下應要避免抓傷表。· 為了不損傷新形成的皮膚，必要時可尋求醫生的意見。	如果有局部感染的跡象，要醫生的允許下才可繼續敷用此產品。 儲存溫度在25度下·原廠包裝有防潮、光和熱。 使用前檢查包裝的完整性；產品包裝有損壞便不可使用。	無類似健保相同品項。
109	FF26B	快寧敷貼 6*4CM	195	WWZ003698002	各科別	產品是使用幾丁聚醣所製成，適用於出血性傷口護理，具有快速使血小板將傷口凝固，降低傷口感染機會，可使用在穿刺傷及經皮血管穿刺術等傷口。	無，但對產品成份有嚴重過敏者.建議不使用。	1.超過使用期限請勿使用。 2.產品或包裝有破損請勿使用。 3.本產品是一次性，請勿重覆使用。 4.本產品只限外用·請勿放置體內。	無類似健保相同品項。
110	FF27B	快寧敷貼 12*10CM	510	WWZ003698004	各科別	產品是使用幾丁聚醣所製成·適用於出血性傷口護理·具有快速使血小板將傷口凝固·降低傷口感染機會·可使用在穿刺傷及經皮血管穿刺術等傷口·	無·但對產品成分有嚴重過敏者·建議不使用。	1.超過使用期限請勿使用。 2.產品或包裝有破損請勿使用。 3.本產品是一次性，請勿重覆使用。 4.本產品只限外用·請勿放置體內。	無類似健保相同品項。
111	OB18B	癒立安膠原蛋白敷料 50MM X50MM X 3MM HA505030	24,750	WWZ004222009	整形外科、一般外科、婦產科	1.用於淺表創傷有深度的傷口(深度<0.3cm)，一級與二級燒傷、皮膚潰瘍、外科手術上的止血，當結紮止血或傳統止血方法無效或無法控制時，作為止血的輔助品。 2.具高孔隙度及人體可吸收性。 3.防沾黏。		本產品不應使用在受感染的傷口部位使用本產品前請仔細清理污染之傷□以避免傷口感染。 雖然本產品可促進止血，但非應用於治療凝結功能異常的患者。 本產品使用於懷孕婦女之安全性，由於至今仍未有臨床試驗加以評估，因此醫師應視實際需要狀況加以衡量使用。 本產品限一次使用 不可重複使用或是再次滅菌。 若將本產品做為止血的輔助品僅用止血所需之量幾分鐘後 請除去多餘的產品且不會再引起主動出血。	無類似健保相同品項。
112	CV36B	亞比斯可拉膠原蛋白敷料2*3CM	13,160	WWZ005730003	整形外科、一般外科、婦產科	1.無狂牛症或其他病毒感染風險。 2.良好的生物相容性。 3.操作簡單且準備時間短。 4.可應用於不同傷口類型。 5.具生物可吸收性，不需二次手術取出。 6.FDAApproval及SCCO2超臨界二氧化碳專利技術證明(I588263及I600660)。	1.可能的不良反應與併發症包括但不限於下列反應:感染、慢性發炎、過敏反應、不明原因的發燒、發冷、過度紅腫、疼痛、腫脹等。 2.如發生以上症狀，立即停止使用並通知醫療人員。	1.禁止重複使用。 2.禁止重複滅菌。 3.如包裝有破損情形，則禁止使用。	無類似健保相同品項。
113	CV37B	亞比斯可拉膠原蛋白敷料5*5CM	23,443	WWZ005730005	整形外科、一般外科、婦產科	1.無狂牛症或其他病毒感染風險。 2.良好的生物相容性。 3.操作簡單且準備時間短。 4.可應用於不同傷口類型。 5.具生物可吸收性，不需二次手術取出。 6.FDAApproval及SCCO2超臨界二氧化碳專利技術證明(I588263及I600660)。	1.可能的不良反應與併發症包括但不限於下列反應:感染、慢性發炎、過敏反應、不明原因的發燒、發冷、過度紅腫、疼痛、腫脹等。 2.如發生以上症狀，立即停止使用並通知醫療人員。	1.禁止重複使用。 2.禁止重複滅菌。 3.如包裝有破損情形，則禁止使用。	無類似健保相同品項。
114	MI2053B	”亞比斯”可拉膠原蛋白敷料10 X 15CM ACMONHO	55,350	WWZ005730017	整形外科、一般外科、婦產科	1.無狂牛症或其他病毒感染風險。 2.良好的生物相容性。 3.操作簡單且準備時間短。 4.可應用於不同傷口類型。 5.具生物可吸收性，不需二次手術取出。 6.FDAApproval及SCCO2超臨界二氧化碳專利技術證明(I588263及I600660)。	1.可能的不良反應與併發症包括但不限於下列反應:感染、慢性發炎、過敏反應、不明原因的發燒、發冷、過度紅腫、疼痛、腫脹等。 2.如發生以上症狀，立即停止使用並通知醫療人員。	1.禁止重複使用。 2.禁止重複滅菌。 3.如包裝有破損情形，則禁止使用。	無類似健保相同品項。

115	MI2051B	”亞比斯”可拉膠原蛋白敷料10C.C.ACM0GH3	18,900	WWZ005730019	整形外科、一般外科、婦產科	1.無狂牛症或其他病毒感染風險。 2.良好的生物相容性。 3.操作簡單且準備時間短。 4.可應用於不同傷口類型。 5.具生物可吸收性，不需二次手術取出。 6.FDAApproval及SCCO2超臨界二氧化碳專利技術證明(I588263及I600660)。	1.可能的不良反應與併發症包括但不限於下列反應:感染、慢性發炎、過敏反應、不明原因的發燒、發冷、過度紅腫、疼痛、腫脹等。 2.如發生以上症狀，立即停止使用並通知醫療人員。	1.禁止重複使用。 2.禁止重複滅菌。 3.如包裝有破損情形，則禁止使用。	無類似健保相同品項。
116	MI2052B	”亞比斯”可拉膠原蛋白敷料30C.C.ACM0HH3	31,590	WWZ005730020	整形外科、一般外科、婦產科	1.無狂牛症或其他病毒感染風險。 2.良好的生物相容性。 3.操作簡單且準備時間短。 4.可應用於不同傷口類型。 5.具生物可吸收性，不需二次手術取出。 6.FDAApproval及SCCO2超臨界二氧化碳專利技術證明(I588263及I600660)。	1.可能的不良反應與併發症包括但不限於下列反應:感染、慢性發炎、過敏反應、不明原因的發燒、發冷、過度紅腫、疼痛、腫脹等。 2.如發生以上症狀，立即停止使用並通知醫療人員。	1.禁止重複使用。 2.禁止重複滅菌。 3.如包裝有破損情形，則禁止使用。	無類似健保相同品項。

＊以上資料供參，金額及品項資料如有異動，以健保公告及本院資訊系統為準。